



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı
Talep No 24269

11.02.2025

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 KALEM MAL ALIMI (MALZEME TAŞIMA ARABASI) Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :13.02.2025 09:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, 0432 351 81 08 Nolu faksa fakslanması veya "vandhs4.salma@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	MALZEME TAŞIMA ARABASI	15	Adet		
				Toplam	
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır. * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

BÜŞRA ALTUNKAYNAK

0432 351 09 52

MALZEME TAŞIMA ARABASI, BARIYERLİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Arabanın malzemesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- İki katlı raf, çevreleri 10cm yüksekliğinde bariyerli olmalıdır.
- Rahat hareket için itme-çekme kulpu olmalıdır.
- İki frenli olmak üzere dört tekerli olmalıdır.
- Ebatları (ExBxY): 550x880x990mm olmalıdır.
- Ürün alımına numune sonucuna göre karar verilecektir.23.01.2025



Semanur YALÇIN
HEMŞİRE

Selvercan

Alper KUTER

Emine Taştan
Eczacı

Vespi AKA
Ortopedi Servisi
Sorumlusu

Gülhanice Dilek DUTAS
Gülhanice Dilek DUTAS
Servis Sorumlu Ebe

Edi Erkeker

Özlem AKGÜN
Ebe

Mühsin Sevinç

Murat Çınardalı

İlhan TÖZKMAN

Savaş ŞAHİNER
Acil Birim Sorumlusu
Erciș Devlet Hastanesi

Erdal ÇINARDALI
Acil Birim Sorumlusu
Erciș Devlet Rıdvan Çevik
Devlet Hastanesi

ENİP KEÇES
Sağlık Bakım Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Erciș Devlet Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi